

Część 1 - Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania wraz z preparatem do dezynfekcji

Parametry techniczne

Część A - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania (małe) - 1 szt.

Model:

Typ:

Rok produkcji: nie starszy niż **2020** [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent:

Lp	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Parametry techniczne		
1	Metoda dezynfekcji : zamglawianie	TAK	
2	Urządzenie przenośne		
3	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym	TAK	
4	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK	
5	Dotykowy panel umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie min. od 10 do 1000m ³ (+/- 100 m3)	TAK	
6	Waga maksymalnie do 8 kg	TAK	
7	Środek dezynfekcyjny: min. nadtlenek wodoru + kationach srebra	TAK	

8	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelce max 1,2 L	TAK	
9	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 10 mikronów	TAK	
10	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny	TAK	
11	Urządzenie z turbiną o prędkości do 25000RPM	TAK	
12	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: od. 80m/s	TAK	
13	Rączka ułatwiającą przenoszenie	TAK	
14	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)	TAK	
15	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi	TAK	
16	Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB	TAK	
17	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji	TAK	
18	Wymiary max. 300mm x 300mm x 500 mm (± 100mm)	TAK	
19	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu	TAK	
20	Możliwość podłączenia do urządzenia węża do dezynfekcji klimatyzacji / przewodów wentylacyjnych	TAK	
Warunki gwarancji:			
1	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, podać	
2	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK	
3	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK	
4	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 24h.	TAK	

	Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty		
1	Posiada certyfikat CE, Atest PZH	TAK	
2	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK	
3	Instruktaż z obsługi urządzenia	TAK	
4.	Paszport techniczny	TAK	

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Część B – preparat do dezynfekcji

Lp.	Przedmiot zamówienia	Poj. op.	Jednostka miary	Ilość	Charakterystyka preparatu (przedmiotu zamówienia)	CENA JEDN. NETTO	CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CAŁKOWITA WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT	KOD	PRODUCENT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania	1000 ml	op.	130	Gotowy do użycia nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, oparty na powyżej 6% nadtlenu wodoru oraz zawierający kationy srebra. Środek aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Kompatybilny z urządzeniem do fumigacji.						
2.	Preparat przeznaczony do zwalczania roztoczy (świerzbu) oraz innych owadów latających i pełzających.	1000 ml	op.	6	Gotowy do użycia preparat przeznaczony do zwalczania roztoczy (świerzbu) oraz innych owadów latających i pełzających, zwalczanie metodą zamglawiania. Preparat na bazie permetryny. Kompatybilny z urządzeniem do fumigacji.						

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)