

**Część 1 - Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania wraz z preparatem do dezynfekcji**

**Parametry techniczne**

**Część A - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania (małe) - 1 szt.**

Model: .....

Typ: .....

Rok produkcji: nie starszy niż **2020** [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: .....

| Lp | Parametry wymagane   | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
|----|--|-------------------|-------------------|
|    | <b>Parametry techniczne</b>  |                   |                   |
| 1  | Metoda dezynfekcji : zamglawianie  | <b>TAK</b>        |                   |
| 2  | Urządzenie przenośne   |                   |                   |
| 3  | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym  | <b>TAK</b>        |                   |
| 4  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz   | <b>TAK</b>        |                   |
| 5  | Dotykowy panel umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie min. od 10 do 1000m <sup>3</sup> (+/- 100 m3) | <b>TAK</b>        |                   |
| 6  | Waga maksymalnie do 8 kg   | <b>TAK</b>        |                   |
| 7  | Środek dezynfekcyjny: min. nadtlenek wodoru + kationach srebra   | <b>TAK</b>        |                   |

|                           |   |                   |  |
|---------------------------|---|-------------------|--|
| 8                         | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelce max 1,2 L   | <b>TAK</b>        |  |
| 9                         | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 10 mikronów  | <b>TAK</b>        |  |
| 10                        | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny  | <b>TAK</b>        |  |
| 11                        | Urządzenie z turbiną o prędkości do 25000RPM  | <b>TAK</b>        |  |
| 12                        | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: od. 80m/s   | <b>TAK</b>        |  |
| 13                        | Rączka ułatwiającą przenoszenie   | <b>TAK</b>        |  |
| 14                        | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)                            | <b>TAK</b>        |  |
| 15                        | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi  | <b>TAK</b>        |  |
| 16                        | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB  | <b>TAK</b>        |  |
| 17                        | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji  | <b>TAK</b>        |  |
| 18                        | Wymiary max. 300mm x 300mm x 500 mm (± 100mm)   | <b>TAK</b>        |  |
| 19                        | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu   | <b>TAK</b>        |  |
| 20                        | Możliwość podłączenia do urządzenia węża do dezynfekcji klimatyzacji / przewodów wentylacyjnych   | <b>TAK</b>        |  |
| <b>Warunki gwarancji:</b> |   |                   |  |
| 1                         | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.   | <b>TAK, podać</b> |  |
| 2                         | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.                         | <b>TAK</b>        |  |
| 3                         | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .  | <b>TAK</b>        |  |
| 4                         | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 24h. | <b>TAK</b>        |  |

|    | <b>Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty</b>                                  |            |  |
|----|---|------------|--|
| 1  | Posiada certyfikat CE, Atest PZH  | <b>TAK</b> |  |
| 2  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | <b>TAK</b> |  |
| 3  | Instruktaż z obsługi urządzenia   | <b>TAK</b> |  |
| 4. | Paszport techniczny   | <b>TAK</b> |  |

**UWAGA:**

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

**Oświadczamy**, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

**Część B – preparat do dezynfekcji**

| Lp. | Przedmiot zamówienia   | Poj. op. | Jednostka miary | Ilość | Charakterystyka preparatu (przedmiotu zamówienia)   | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO | VAT % | CAŁKOWITA WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT | KOD | PRODUCENT |
|-----|--|----------|-----------------|-------|---|------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1.  | 2.   | 3.       | 4.              | 5.    | 6.  | 7.               | 8.                      | 9.    | 10.                               | 11. | 12.       |
| 1.  | Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania  | 1000 ml  | op.             | 130   | Gotowy do użycia nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, oparty na powyżej 6% nadtlenu wodoru oraz zawierający kationy srebra. Środek aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Kompatybilny z urządzeniem do fumigacji. |                  |                         |       |                                   |     |           |
| 2.  | Preparat przeznaczony do zwalczania roztoczy (świerzbu) oraz innych owadów latających i pełzających. | 1000 ml  | op.             | 6     | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do zwalczania roztoczy (świerzbu) oraz innych owadów latających i pełzających, zwalczanie metodą zamglawiania. Preparat na bazie permetryny. Kompatybilny z urządzeniem do fumigacji.  |                  |                         |       |                                   |     |           |

.....  
 (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)