



Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Nr sprawy: 99/PNP/DOT/2020

Sosnowiec, 26.11....2020r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń do dezynfekcji w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Załącznik nr 1

Urządzenie do dezynfekcji powietrza z wykorzystaniem metody niskoenergetycznej plazma – 2 szt."

Bardzo prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pkt 7 Zamawiający ma na myśli statyw, czyli stojak medyczny?

Jeżeli tak to jaki stojak Zamawiający wymaga: stojak mobilny na kółkach czy stojak biurkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli stojak mobilny na kółkach.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne (na kółkach), o wadze 120kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykorzystywało metodę dekontaminacji opartą na połączeniu działania reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało max. moc 250W? Jest to parametr gwarantujący ekonomiczne działanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie gwarantowało eliminację „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do dekontaminacji posiadało skuteczność mikrobiologicznej redukcji min. 99,99% (bakterie, wirusy, spory, grzyby) w jednym przepływie oraz wydajność (natężenie przepływu powietrza): min. od 300 do 1200m³/h. Oferowane urządzenie gwarantuje możliwość wyboru prędkości przepływu powietrza odpowiedniej w zależności od wielkości pomieszczenia oraz ilości wymian powietrza jaką chcemy uzyskać.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do pracy nie wymagało żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie ze względu na pracę w pomieszczeniu gdzie przybywa pacjent posiadało poziom głośności przy przepływie 400 m³/h mierzony z odległości 1m/2m max. 400 m³/h - 32dB(A)/< 30dB(A)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie 8

Zamawiający wymaga aby urządzenie skutecznie filtrowało wirusy, bakterie i substancje niebezpieczne w ciągu 5 min, dla pomieszczenia o kubaturze 60m³. W pomieszczeniu 60m³ dla osiągnięcia takiej sprawności wymagana jest 20 krotna wymiana powietrza a przepływ urządzenia nie powinien być mniejszy niż 1200m³/h - (60 min/5 min x 60m³). Prosimy zatem o doprecyzowanie, czy minimalny przepływ powietrza nie powinien wynosić 1200m³/h?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dekontaminacji nie jest wyrobem medycznym i posiada stawkę Vat 23%.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż urządzenie typu plazma jest urządzeniem medycznym na 8% VAT.

Pytanie 10

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 1 parametrów wymaganych „Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
Im. św. Barbary w Sosnowcu
Krzysztof Bestwina

