



Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Nr sprawy: 61/PNP/DOT/2020

Sosnowiec, 13.10.2020r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ambulansu typu T do przewozu pacjentów w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 2, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria D-0-2 do 19.10.2020r do godziny 12:00
- Otwarcie ofert nastąpi 19.10.2020r o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-66.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 3.2 ppkt c) siwz wymaga dostawy ambulansu zgodnego z wymaganiami aktualnej normy PN EN 1789.

Obecnie obowiązuje norma PN EN 1789+A2:2015-01, która w punkcie 3.3 rozróżnia następujące typy ambulansów:

Typ A1 – do transportu jednego pacjenta

Typ A2 - do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub fotelach)

Typ B – ambulans ratunkowy

Typ C – ruchoma jednostka intensywnej terapii

Uogólniając można powiedzieć, że ambulanse

typ A1 są zabudowywane na samochodach gabarytów: Fiat Doublo, Renault Kangoo, VW Caddy, Mercedes Citan, itp.

typ A2 na samochodach : VW T6, Renault Trafik, Fiat Talento, Mercedes Vito, itp.

typ B i typ C na samochodach: VW Crafter, Mercedes Sprinter, Renault Master, Fiat Ducato, itp.

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 08.10.2020r. Zestaw 2 pytanie nr 1 oraz Zestaw 3 pytanie nr 1 prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie.

Norma PN EN 1789+A2:2015-01 w punkcie 4.5.2.2 wymaga dla ambulansu typu A2, aby długość przedziału dla pacjenta wynosiła, co najmniej 2400 mm, stąd w nawiązaniu do w/w odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki w odpowiedzi Zestaw 2 pytanie nr 1 i Zamawiający wymaga ambulansu o długości przedziału dla pacjenta o długości minimum 2400 mm ?

Wyjaśniamy, że dopuszczając przedział dla pacjenta o długości 2340 mm niezgodnej (dla typu A2) z przytoczoną normą Zamawiający naraża się na utratę ewentualnego kontraktu z NFZ.





Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Ponad to taki ambulans nie może mieć wystawionej Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu Zgodności, co jest wymogiem siwz.

Prosimy o podanie wymaganej minimalnej długości przedziału dla pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu A2

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie „ przedział medyczny”

Zamawiający informuje, iż zmodyfikuje odpowiedzi udzielone w dniu 08.10.2020r. Zestaw 2 pytanie 1 które powinno brzmieć: Zamawiający informuje iż, nie dopuszcza

mgr. D. ... TOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica

