



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 2 pkt 1 ustawy, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 07.06.2019 r., do godz. 09:00
- Otwarcie ofert odbędzie dnia 07.06.2019r., o godz. 11:00

Zestaw 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawic z prostym mankietem z opaską samoprzylepną?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 2

Pytanie 1

Część 23 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez ocznych otworów, z końcówką chowaną z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm i 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nierozpuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części 23 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



Zestaw 3

Pytanie 1

Pytanie nr 1 część 47 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do enemy z drenem zakończonym otworem centralnym i dodatkowo jednym otworem bocznym, w którym końcówka drenu pokryta jest substancją poślizgową ułatwiającą wprowadzenie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Taka konstrukcja nie odbiega w żaden sposób od funkcjonalności wyrobu medycznego, opisanego w SIWZ a pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie różnorodnych ofert.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Zestaw 4

Pytanie 1

Część 56.poz.1,2,3,4.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania(inny niż opisany)pod warunkiem **bezpłatnego doposażenia szpitala**, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki) o następujących cechach użytkowych:

- wkłady jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład jest wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania,posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta(z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu) i próżni, port próżni jest zabezpieczony zastawką hydrofobową;współpraca z dowolnym źródłem ssania; wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Króciec pacjenta jest gładki,zwężający się(dostosowany do drenów o różnej średnicy). Wkłady częściowo sprasowane,co ułatwia magazynowanie.Pojemniki o pojemności 1000ml i 2000ml,okrągłe,odporne na środki dezynfekujące,możliwość autoklawowania w temp. 121st.C.Wkłady o pojemności 1000ml i 2000ml(ze środkiem żelującym), o kształcie okrągłym.Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami.

Zgoda zamawiającego umożliwi zaofiarowanie systemu, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i kanistrów(co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi) który odpowiada **zaleceniom Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Część 56 poz.6.

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy 5,6mm i długości 2,1m,pozostałe jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 56.poz.1-4.

Czy zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania(opisany jak wyżej ale w wersji znacznie tańszej), czyli bez substancji żelującej, pod warunkiem wysoce szczelnych wkładów? Oferowany system do odsysania został zaprojektowany specjalnie tak, by wyeliminować konieczność żelowania zgromadzonej wydzieliny i tym samym znacznie zmniejszyć kwoty wydatkowane na wkłady jednorazowe. Udało się to uzyskać m.in. dzięki: ograniczeniu portów dostępu(potencjalnego miejsca wycieku)- tylko jeden króciec w pokrywie wkładu wymaga zaślepienia oraz jakości zastosowanego materiału tj. wysoce zagęszczonego polietylenu, który jest trudny do uszkodzenia nawet w czasie transportu zużytych wkładów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 5





Pytanie 1:

Dotyczy SIWZ pkt. 12.1- Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia

Prosimy o wyjaśnienie, czy kryterium „Aspekt środowiskowy” dotyczy również Części nr 1 i 2? Większość rękawic chirurgicznych dostępnych na rynku jest pakowana w saszetki foliowe, a folia nie podlega recyklingowi ani biodegradacji lecz utylizacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż kryterium dotyczy części 1 i 2

Zestaw 6

Pytanie 1

Część 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych podwójnie-opakowanie wewnętrzne papierowe a zewnętrzne foliowe, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Część 1 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rozmiar rękawicy był nadrukowany na rękawicy. Wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym, oraz na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym rękawic chirurgicznych jest standardowo naniesiony rozmiar rękawic, także użytkownik ma całkowitą pewność, z jakiego rozmiaru rękawic korzysta. Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oznakowania rozmiaru rękawicy bezpośrednio na rękawicy w postaci wytłoczenia w miejsce wymaganego nadruku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Część 57 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody EKG okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5


Część 57 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody EKG prostokątnej o wymiarach 44mm x 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6





Część 57 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody EKG kwadratowej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 36mm x 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Część 57 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 8

Projekt umowy- §2 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o podanie miejsca rozładunku towaru oraz określenie rodzaju dostawy (kondygnacja, dostępność wózków widłowych, dostawa paletami czy paczkami?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż miejscem dostawy i rozładunku jest rampa przy ul. Plac Medyków 1.

Pytanie 9

Wzór umowy § 5 pkt 4

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 142 ust. 5 Pzp możliwe są zmiany ceny brutto jak i netto w zależności od sytuacji tj. gdy zmiana stawki VAT wpłynie na wysokość kosztów wykonania zamówienia.

Pytanie 10

Projekt umowy - §7 ust.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:


Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Projekt umowy- §8 pkt. 1a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 8 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia umownego brutto określonego w par 5 ust.3 ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 1 % wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej





dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy % wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Projekt umowy- §8 pkt. 1b i 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia umownego brutto określonego w par 5 ust.3 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 7





Pytanie 1

Część 6.

Czy Zamawiający wymaga przewodnic o rozmiarach i długościach:

Rozmiar 1,9 (6CH) długość 23cm

Rozmiar 3,0 (10CH) długość 34cm

Rozmiar 5,0 (14CH) długość 37cm i 60cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie wymaga przewodnicy o dł 60 cm

Pytanie 2

Część nr 7.

Czy Zamawiający wymaga rurek Guedel wykonanych z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ,iż dopuszcza

Pytanie 3

Część nr 7.

Czy Zamawiający wymaga pakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 4

Część nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5

Część nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, aby przewodnica wykonana z mosiądzu była fabrycznie założona wewnątrz rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, nie wymaga przewodnicy z mosiądzu, dopuszcza przewodnicę założoną wewnątrz rurki

Pytanie 6

Część nr 8.

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 7

Część nr 13 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga jednej końcówki z zakresu 16-24CH czy też kilku końcówek o różnych średnicach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ,iż wymaga kilku końcówek

Pytanie 8

Część nr 16.

Czy Zamawiający wymaga cewnika bezftalanowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 9

Część nr 16.





Czy Zamawiający wymaga cewnika pakowanego papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 10

Część nr 25.

Czy Zamawiający wymaga cewnika bezftalanowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 11

Część nr 25.

Czy Zamawiający wymaga cewnika pakowanego papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 12

Część nr 45 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych z odsysaniem ze stałym oraz z ruchomym szyldem?

Odpowiedź:

Dopuszcza z regulowanym szyldem

Pytanie 13

Część nr 45 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 14

Część nr 45 pozycja 2.

Czy Zamawiający pisząc „mankiet pneumatyczny” miał na myśli mankiet niskociśnieniowy?

Odpowiedź:

Tak niskociśnieniowy

Pytanie 15

Część nr 45 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych z oznaczeniem rozmiaru na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Część nr 45 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga dwóch tasiemek w zestawie?

Odpowiedź:

Nie

Zestaw 8





Pytanie 1

dotyczy Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści opakowania jednostkowe najnowszej generacji folia-folia gwarantujące zachowanie pełnej hermetyczności i sterylności? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

dotyczy Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z informacją na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data ważności, nr serii, normy: ASTM F 1671, EN 455, EN 388, EN420, EN 374, piktogramy, substancje chemiczne oraz cytostatyki. Oznakowane znakiem CE? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

dotyczy Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z informacją na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data ważności, nr serii, MDD 93/42/EWG, 2007/47/EWG, 89/686/EEC, ASTM F 1671, EN 374 oraz piktogramy. Oznakowane znakiem CE? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 9

Pytanie 1

Pakiet nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do dializy z igłą wprowadzającą 17G/70mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 2

Pakiet nr 54, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trokarem w rozmiarach 20-32.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 10

Pytanie 1

Czy w części nr 23 Zamawiający dopuści cewniki w zestawach bez skalpela? Pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej grupie oferentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 11





Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści zestaw do punkcji pęcherza z cewnikiem o długości 41 cm i dostępnym 55 cm zamiast 45cm?

W zestawie:

- Cewnik (41cm lub 55cm)
- Worek do zbiórki moczu
- Łatwo rozrywalna kaniula punkcyjna
- Skalpel
- Taśma samoprzylepna
- Zacisk lub zatyczka
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy w Zadaniu 32 Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów tożsamych jak w pozycji 1 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy w Zadaniu 33 Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza

Pytanie 4

Czy w Zadaniu 35 Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii w rozmiarach 6-8-10Ch

W skład zestawu wchodzi:

2-częściowa igła 17,5/200mm i 19,5/120mm dla 6Ch z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)

- Prowadnica sztywna, niepowlekana, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy w Zadaniu 37 Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe 4,8/26cm skalowane na całym obwodzie co 5cm i co 1 cm, z dołączoną nitką retrakcyjną, pozostałe warunki bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6



Czy w Zadaniu 54 Zamawiający dopuści Cewnik z trokarem do drenażu klatki piersiowej z PCV z nasadką do bezpośredniego połączenia z zestawem do drenażu klatki piersiowej zaopatrzonej w linię widoczną w RTG, w rozm. CH 20-32, jednorazowego użytku, sterylny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy w Zadaniu 61 Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej, jednorazowego użytku, sterylny, zawierający w składzie:

- 1 cewnik poliuretanowy 8 Fr. x 127mm, osadzony na igle 18 G z 3-drożnym kranikiem, samozamykającym się zaworem przeciwwrotnym, strzykawką 5cc

1 strzykawka 5cc

1 skalpel jednorazowy (rozmiar #11)

1 zestaw drenów z zaciskiem rolkowym i igłą 18 G

2 dodatkowe igły Veressa – bezpieczne, z indykátorem oporu tkanki, długości 120mm lub 150mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy w Zadaniu 62 Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej, jednorazowego użytku, sterylny, zawierający w składzie:

- 1 cewnik poliuretanowy 8 Fr. x 127mm, osadzony na igle 18 G z 3-drożnym kranikiem, samozamykającym się zaworem przeciwwrotnym, strzykawką 5cc

1 strzykawka 5cc

1 skalpel jednorazowy (rozmiar #11)

1 zestaw drenów z zaciskiem rolkowym i igłą 18 G

2 dodatkowe igły Veressa – bezpieczne, z indykátorem oporu tkanki, długości 120mm lub 150mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 12

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w **Części nr 38** zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera z wielorazowym peanem.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurki tracheostomijnej fenestrowanej z mankietem niskociśnieniowym z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

- Wielorazowy pean (kleszcze rozszerzające)
- Skalpel
- Strzykawkę 5ml
- Iglę (14G) z teflonową osłonką
- Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop niklu z tytanem)
- Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- Kateter prowadzący (biały)
- Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą poślizgową (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- 4 tampony z gazy 10x10cm
- Rurkę tracheostomijną z fenestracją z atraumatycznym inserterem (zestaw) :





Rurka tracheotomijna fenestrowana lub bez fenestracji z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarze 7,0 i 8,0 (do wyboru przez Zamawiającego).

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi, 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem, Obturator, Tasiemkę mocującą, Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoaku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu) Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step.



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 13

Pytanie 1

Część 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne pakowane podwójnie wewnątrz opakowanie papierowe, opakowanie zewnętrzne folia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Część 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne posiadające współczynnik AQL na poziomie 1,0?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki naczyniowe dla rozmiaru 6F obj. Balonu 2,0ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Część 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach Ch 8 i Ch10 o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 5

Część 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach Ch 8 i Ch10 z otworami naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 6

Część 10

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z silikonu?

Odpowiedź:





Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Część 11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Część 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści końcówki w rozmiarach CH 21 i CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Część 14

Czy Zamawiający dopuści dreny Kera silikonowe w rozmiarze 45x18cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Część 19

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające tylko optyczny identyfikator przepływu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 11

Część 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły 18G 1,2x90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Część 41 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe CH 22 z balonem 80-100ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Część 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek do irygacji poj. 1,5l z jednym otworem centralnym i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 14

Część 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op.a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 15

Część 49 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści op.a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 16

Część 49 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści op.a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 17

Część 54 poz. 1, 2

Czy Zamawiający opisując cewnik z trokarem i nasadką ma na myśli uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 18

Część 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena silikonowe posiadające 2 balony, 4-światłowa, dostępna w rozmiarach 16, 18, 20?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Część 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej z igłą Veresa 15G, 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 20

Część 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond w rozmiarze 7cmx7,1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 21

Część 65 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z zadania 65 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 14

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 36, poz.1.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego. Produkt ten jest produkowany w warunkach aseptycznych i pakowany indywidualnie w foliowo-papierowe opakowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 2

Dotyczy pakietu 36, poz.1.

Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanii się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

lub

Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Zestaw zawiera: rozciągliwe ramię wdechowe i wydechowe do długości 180 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz rozłącznym łącznikiem kątowym

z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka rozciągliwe do długości 80 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanii się jego powierzchni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 36, poz.2a.

Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm, zakończone od strony pacjenta kątowym trójnikiem Y, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanii się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 36, poz.3.

Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur 22 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm, wyposażone w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 43, poz.1.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH₂O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



Pytanie 6

Dotyczy pakietu 43, poz.2.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH₂O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 43, poz.3.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 38,2 mgH₂O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 18 g, objętość wewnętrzna max. 25 ml, zakres objętości oddechowej 75-500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,84 cmH₂O przy 20L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 15

Pytanie 1

dotyczy części nr 5, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarze ch8-ch10 o długości 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza

Pytanie 2

dotyczy części nr 5, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarze ch12-ch18 o długości 50 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

dotyczy części nr 6, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic w rozmiarach 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm i 5,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wyraża zgodę

Pytanie 4

dotyczy części nr 10, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z rozszerzeniem z jednej strony?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

dotyczy części nr 14, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów o długości 36cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



Pytanie 6

dotyczy części nr 19, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraników z optycznym indykátorem pozycji zamknięty otwarty, bez skokowej zmiany pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza

Pytanie 7

dotyczy części nr 41a, poz. 1

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania worków z poprzecznym zaworem spustowym typu „T” ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

dotyczy części nr 57, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 48mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 16

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części nr 3 dopuści silikonowe lejce naczyniowe dostępne w czterech kolorach (biały, żółty, niebieski i czerwony) o średnicy 1,5x1,0mm x40cm i średnicy 2,4x1,2mm x40cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części nr 13 oczekuje końcówek ssących z kontrolą odsysania czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, i dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części nr 24 dopuści zestaw do biopsji wątroby z igłą o długości 80 lub 100mm i średnicy 16G, 18G, 20G spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Części nr 31 poz.1-2 dopuści igły punkcyjne o długości 80mm lub 100mm do wyboru a w poz.1 igłę o średnicy 20G w miejsce 19G spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Części 62 dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej z igłą Veresa 14G o dł. 120mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, iż dopuszcza





Pytanie 6

Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za spełniony wymóg dołączanie oświadczenia wraz z ofertą

Pytanie 7

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw 17

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto danej części zamówienia, określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia;**
 - b) w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach, gdy (...).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Zestaw 18

Pytanie 1

Część nr 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych o dł. 200cm z zachowaniem pozostałych parametrów? Zapewni to większą konkurencyjność składanych ofert

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



lub

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych składający się z 3 rur 180 cm z zachowaniem pozostałych parametrów? Zapewni to większą konkurencyjność składanych ofert. Obwody te z powodzeniem pracują u Państwa w szpitalu

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 2

Część nr 36 poz. 2 i 2a

1 Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe czyste mikrobiologicznie? Takie obwody obecnie pracują w Państwa szpitalu. Pragniemy zaznaczyć, iż obwód jest jednodniowy i już po pierwszym użyciu układ oddechowy już nie jest sterylny.

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, iż dopuszcza

2 Czy Zamawiający wymaga aby złącza w obwodach od strony maszyny wykonane były z elastycznego dobrze dopasowującego się materiału EVA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 3

Część nr 36 poz. 2 i 2a

Ze względu na uczulenie niektórych pacjentów na lateks czy Zamawiający wymaga worki oddechowe bezlateksowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 4

Część nr 36 poz. 2,2a,3

Czy Zamawiający wymaga aby łączniki Y w obwodach zawierały 2 porty: port do pomiaru ciśnienia i port do pomiaru temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 19

Pytanie 1

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 49 poz. 7 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 49 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17, ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Zestaw 20

Pytanie 1

Część 41, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 2

Część 41, poz. 1-2

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu 41. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 41 a, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 4

Część 41 a, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 41a. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Część 47, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Część 47, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm, worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga



Pytanie 7

Część 49, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 8

Część 49, poz. 5,8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 9

Część 49, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 10

Część 49, poz. 7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 11

Część 49, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Część 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe w rozmiarze |M – pediatrycznym oraz L- dla dorosłych, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Część 17, poz.1

Czy zamawiający dopuści koreczki zwykłe, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem- portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza



Pytanie 14

Część 17, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 15

Część 18, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki zwykłe, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem- portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Część 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 17

Część 60, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Część 60, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze: kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 21

Pytanie 1

Pakiet 8 - Czy Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne były silikonowane, posiadały nazwę skróconą producenta na rurce i baloniku kontrolnym, pakowane w opakowanie gwarantujące zachowanie kształtu pół łuku, reszta zapisów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga



Pytanie 2

Pakiet 9 - Czy Zamawiający wymaga aby maski do tłenu były sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 3

Pakiet 15 – Czy Zamawiający wymaga aby cewniki Foley były pakowane w opakowanie papier-folia i folia-folia, posiadały zawór lateksowy, sterylizowany Tlenkiem EO

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 4

Pakiet 16 – Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do tłenu były sterylne .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga

Pytanie 5

Pakiet 41a – Czy Zamawiający wymaga aby worki do moczu były sterylne, posiadały tylną ścianę białą , zawór spustowy cross-vale

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby Cewniki Tieman były zmrożone, sterylne, posiadały numeryczne oznaczenie rozmiaru i skróconą nazwę producenta na na cewniku Czy Zamawiający wymaga aby Cewniki Nelaton były zmrożone, posiadały numeryczne oznaczenie rozmiaru i skróconą nazwę producenta na cewniku

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga

Pytanie 7

Pakiet 46 – Czy Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne były silikonowane, posiadały nazwę skróconą producenta na rurce i baloniku kontrolnym , pakowane w opakowanie gwarantujące zachowanie kształtu pół łuku ,reszta zapisów zgodna z SIWZ .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Zestaw 22

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych zbrojonych w rozmiarach od: 4,5 mm do 10 mm kolejny rozmiar co 0,5 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

CZĘŚĆ NR 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych , bez blaszki na nos czystych mikrobiologicznie, do średnich stężeń, z polipropylenu z miękkim zagiętym termoplastycznym kołnierzem, podwójnym podbródkiem, posiadających 6 podłużnych otworów, przyjaznych środowisku MRI, z drenem tlenowym wielokanalikowym o przekroju gwiazdowym o dług. 2,1 m oraz gumką do mocowania. Produkty nie zawierające ftalanów, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 3

CZĘŚĆ NR 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników czystych mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

CZĘŚĆ NR 36

POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystych mikrobiologicznie łączników.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

CZĘŚĆ NR 36

POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystych mikrobiologicznie układów oddechowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

CZĘŚĆ NR 36

POZ. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystych mikrobiologicznie układów oddechowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

CZĘŚĆ NR 36

POZ. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystych mikrobiologicznie układów oddechowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

CZĘŚĆ NR 43

POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra mechanicznego z właściwościami wymiennika, o zwrocie wilgoci na poziomie 23 H₂O/L przy VT 500 ml, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra jedynie o 1 g cięższego od oczekiwania Zamawiającego czyli o wadze 31 g.

Odpowiedź:

Zamawiaczy informuje, iż dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów





Pytanie 10

CZĘŚĆ NR 46

POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych w rozmiarach od: 4,5 mm do 10 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy SIWZ i projektu umowy załącznik 2a

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 6 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy SIWZ i projektu umowy załącznik 2a

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

- a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o którym mowa w §3 ust. 6 Umowy.
- b) w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy SIWZ i projektu umowy załącznik 2a

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania świadczenia oraz naliczyć karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 3 tiret trzeci Umowy, w przypadku:

- a) trzykrotnego opóźnienia w dostawie względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy, przekraczającej 7 dni kalendarzowych
- b) gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3 dni roboczych od uznania reklamacji.
- c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację Umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu Umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw (poza sytuacją wstrzymania dostaw spowodowanych zaległościami płatniczymi Zamawiającego) lub ich jakości.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy SIWZ i projektu umowy załącznik 2a

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 9 na: „Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 15

Dotyczy SIWZ i projektu umowy załącznik 2a

Wnosimy o wykreślenie zapisów §9 ust. 6.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 23

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga barwnych oznaczników chirurgicznych wytwarzanych z włókien poliestrowych techniką dzianą w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Właściwości splotu ograniczają strzępliwość w miejscach przecięć?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga

Zestaw 24

Pytanie 1

Część nr 7

Czy zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe w rozmiarze 0-5, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Poniżej szczegółowa numeracja

0/50mm , 1/60mm , 2/70mm , 3/80mm ,4/90mm , 5/100mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 2

Część 9

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków intermolekularnych, sterylnej, o następujących parametrach: - poziom nawilżania 37mg H2O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 4

Część 43 wiersz. 2 (bez numeru) Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny, sterylny z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnometrii zamykany wkręcaną zatyczką, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% o wydajności nawilżania 37mg H₂O przy vt=500ml o masie 35,6 g, złącza 22mm i 15mm



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Część 53

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z PCV o dł. 2m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

czy Zamawiający dopuści przedłużacz z PCV o dł. 3m
pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5

Część 53

Czy Zamawiający oczekuje przedłużacza do monitorowania gazów np. dwutlenku węgla?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 25

Pytanie 1

Część 17

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kraników trójdrożnych, pakowanych pojedynczo, sterylnych z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka, takie rozwiązanie gwarantuje aseptykę pracy personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 2

Część 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi j. uż. z drenem długości 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza

Zestaw 26

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne posiadające rozmiar drukowany na opakowaniu i wytłoczony na części dłoniowej rękawicy w miejsce wymaganego nadruku, pakowane parami w szczelne opakowanie w całości foliowe, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 2

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o zmianę § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający dopuszcza, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o zmianę § 5 ust. 7 projektu umowy poprzez dodanie in fine o treści: „z zastrzeżeniem ust. 4”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 5 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 7 ust. 2 oraz 3 projektu umowy terminu na rozpatrzenia reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych, a terminu realizacji reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki - w § 8 ust. 1 lit a) projektu umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto konkretnej, zamówionej, a niedostarczonej partii towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu całej umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Pytanie dotyczące projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu § 1 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Zestaw 27

Pytanie 1

Część nr 1, 2

W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1 oraz dla wirusów EN 374-5. Pragniemy podkreślić, iż EN 374-3 i ASTM F 1671 zostały wycofane i zastąpione, przez EN 16523-1 i EN 374-5 i każdy produkt dostarczany po 20 kwietnia 2019 r. powinien być zgodny z obowiązującymi normami.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Część nr 1, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein $<10 \mu\text{g/g}$ rękawicy potwierdzonej badaniami niezależnego laboratorium od producenta załączonymi do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część nr 1, poz. 1

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga rękawic pozbawionych akceleratorów chemicznych, potwierdzonego raportem badań niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Część nr 2, poz. 1

Czy w trosce o maksymalne bezpieczeństwo personelu i pacjentów narażonych na różnego rodzaju zagrożenia Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, w tym 4-rzędowych środków czyszczących i 70% Izopropanolu (> 480 min), potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium oraz badania na przenikalność min. 13 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Część nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnej końcówki o długości 28cm i średnicy wewnętrznej 5 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Część nr 15

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać twardą plastikową zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe rozszczelnienie balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga





Pytanie 7

Część nr 15

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki posiadały na sztywnej zastawce Logo producenta, rozmiar, pojemność balonu i materiał z jakiego został wykonany cewnik?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga

Pytanie 8

Część nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem typu Pigtail w rozmiarze 11Fr o długości 45cm, rozrywalnym trokarem 12Fr, workiem na mocz 2L, silikonową tulejką mocującą i zaciskiem

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Część nr 27

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby czas użycia cewników wynosił min. 90 dni, potwierdzony w instrukcji użycia lub na opakowaniu produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 10

Część nr 34

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Część nr 34

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Część nr 37

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów ze stentem typu Pigtail z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan otwarty/otwarty skalowany co 5cm, długości 26cm w rozmiarze 4.8CH z popychaczem 4.8CH o długości 75cm, prowadnicą 150cm z nieruchomym rdzeniem pokrytą PTFE. Do stosowania do 12 miesięcy, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Pytanie 13

Część nr 37

2/ Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik wykonany był z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan - miękkiego na zewnątrz, co zwiększa komfort pacjenta i sztywnego od wewnątrz, co gwarantuje zachowanie drożności układu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie 14

Część nr 37

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, wykonanego z poliuretanu otwarty/ zamknięty w rozmiarze 4,8 Fr/Ch o długości 26cm. Skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą w zestawie: stent moczowodowy, popychacz prosty długości 43cm, prowadnica długości 100cm, kłamra mocująca.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Część nr 41, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma posiadać dren dwuświatłowy pozwalający na pełne odpowietrzenie co zapobiega zastojevi mocz w drenie i zapewnia swobodny odpływ moczu do worka zbiorczego - zmniejsza to ryzyko zakażeń oraz sprawia, iż pomiar jest dokładniejszy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Część nr 41, poz. 1

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu który będzie zabezpieczał przed cofaniem się moczu w kierunku pacjenta, poprzez posiadanie zastawki antyzwrotnej w łączniku do cewnika foley?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 17

Część nr 41, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby zewnętrzna strona cewnika była pokryta specjalnym hydrożelem, który ułatwia wprowadzenie cewnika do cewki moczowej oraz zmniejsza dyskomfort pacjenta podczas wykonywania procedury?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 18

Część nr 51

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera z filtrem bakteryjnym i portem dostępu luer lock, bez zaworu z koreczkiem domykany ręcznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Część nr 55

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H₂O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 20

Część nr 55

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga





Pytanie 21

Część nr 55

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga

Zestaw 28

Pytanie 1

Część 31 - Igły punkcyjne.

Prosimy o dopuszczenie igieł o długości 88 mm. Różnica 2 mm nie ma znaczenia klinicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 2

Część 65. Pozycja 1 i 2. Prosimy o dopuszczenie igieł o długości 88 mm w tych pozycjach, w których Zamawiający wymaga igieł 90 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 3

Część 65. Pozycja 2 . Igła typu Pencil Point 26G 90 mm. Prosimy o dopuszczenie igły ze Specjalnym dwustrefowym ostrzem typu „atraucan” zamiast ostrza pencil-point.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Część 65. Pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie zestawów z igłami Tuohy o średnicy 16 G w miejsce wymienionych zestawów z igłami o średnicy 17G.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zestaw 29

Pytanie 1

Pakiet 36 Pozycja 2a:

Prosimy o dopuszczenie anestetyczny układ oddechowy jednorazowego użytku, sterylny, jednodniowy, do aparatów do znieczulenia dla dzieci o średnicy rur 15 mm, dł. 120cm gładkich wewnątrz, z uniwersalnymi mankietami, łącznik Y, worek oddechowy o pojemności 1l, gałąź boczna dł. 120 cm, łącznik prosty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Ceglowska

