



Nr sprawy: 71/PNP/SW/2019

Sosnowiec, 23.10.2019r

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz dekaliny ”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony ( tj Dz.U. 2018r., poz. 1986 ze zm .), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

### Zestaw pytań nr 1

#### Pytanie nr 1

##### (część 2)

Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5 mPas?

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie dopuszcza powyższego.

### Zestaw pytań nr 2

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 2 dekalinę o ciężarze właściwym 1,908 g/cm<sup>3</sup> w temp. 25oC, lepkości 2,7mPas? Pozostałe wymagania bez zmian.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie dopuszcza powyższego.

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu

*Alicja Cegłowska*  
Szczegółowa informacja: Alicja Cegłowska

*Lchm*



VIII EDYCJA



XX EDYCJA



XVI EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



CERTYFIKAT 2015/5

*tel*