

## Wzór formularza asortymentowo – cenowego

**Część 1 – Sterylne zestawy specjalistyczne - neurochirurgiczne**

## Wymagania:

Materiał serwet musi być wykonany z minimum trzech warstw (włóknina wiskozowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 73g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni, bez zawartości celulozy.

Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymagania wysokie strefy krytycznej według normy EN 13795-1-3.

Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności, identyfikację wytwórcy i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta

Lp.	Nazwa odczynnika	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1	<p>Zestaw serwet jałowych do procedur neurochirurgicznych</p> <p>Minimalnym skład zestawu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. serweta do obłożenia czaszki o wym. 240 cm x 320 cm. z oknem wypełnionym folią chirurgiczną o min. wym. 20 cm x 25 cm z torbą do zbierania płynów z sitem, zaworem i kształtką do formowania brzegu torby</li> <li>• 1 szt. obłożenie na stół Mayo złożony teleskopowo o wym. min. 80 x 145 cm</li> <li>• 4 szt. samoprzylepne serwety o min. wym. 50 cm x 60 cm</li> <li>• 1 szt. serweta do nakrycia stołu narzędziowego o min. wym. 150 cm x 250 cm.</li> <li>• 4 sztuki serwetki do rąk</li> <li>• 1 szt. dren do odsysania typ Redon CH12 o długości 70cm</li> <li>• 1 szt. plastikowa miska nerkowa o pojemności 0,7L</li> <li>• 1 szt. plastikowa miska okrągła o pojemności 0,5 L</li> <li>• 10 szt – włókninowe kompresy neurochirurgiczne 90x50mm z nitką RTG</li> <li>• 2 szt. - Osłona foliowa na uchwyt do lampy operacyjnej o długości 14cm z plastikowym kołnierzem o średnicy zewnętrznej 12cm i otworem elastycznym o średnicy 15 mm - zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków - dopasowuje się do uchwytów o różnej średnicy</li> </ul>	szt.	193					

## Wzór formularza asortymentowo – cenowego

	• 1 szt. Skin marker nietoksyczny, szeroka końcówka, tusz odporny na przygotowania przedoperacyjne, zawiera 5 cm miarkę, nie zostawia trwałych śladów na skórze, pakowany indywidualnie w sterylny worek						
<b>RAZEM</b>							

.....  
Data i podpis Wykonawcy

**Część 2 – Pokrowiec jednorazowego użytku na fotele dializacyjne**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy	Producent
1.	Pokrowiec jednorazowego użytku z włókniny niebieskiej na fotel dializacyjny o wymiarach: długość fotela po rozłożeniu 230 cm-240 cm + 2 x 30 cm na założenie pokrowca na materac fotela ( wezglowie+ nogi) szerokość materaca 60-70 cm. Zamawiający wymaga 1 próbki pokrowca.	Szt.	22 400						
<b>RAZEM</b>									

.....  
Data i podpis Wykonawcy

**część 3– Ostrza jednorazowego użytku kompatybilne z posiadanym dermatomem ACCULAN**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1	Ostrza sterylne jednorazowego użytku kompatybilne z posiadanym dermatomem ACCULAN GA 643 firmy Aesculap	szt.	80					
<b>RAZEM</b>								

.....  
Data i podpis Wykonawcy

**Część 4 – Środki ochrony osobistej do pracowni cytostatycznej**

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Producent/ Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Jałowy kombinezon ochronny z kapturem z dopasowującą do twarzy gumką i nogawkami szczelnie połączonymi z wbudowanymi skarpetami, wszystkie szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny z przodu przykryty patką zaklejaną na taśmę klejącą, dodatkowa patka uszczelniająca podbródek, zaklejaną na taśmę klejącą, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy C lub wyższej wg GMP Każda sztuka pakowana pojedyncza Rozmiar L – 75 szt Rozmiar M – 350 szt	szt	425					
2	Maseczka chirurgiczna 4-warstwowa spełniająca normy PN-EN 14683:2014-05	szt	500					
<b>RAZEM</b>								

\* Zamawiający wymaga kombinezonów które:

- spełniają wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC oraz wymagania normy PN EN 14605:2005 dla odzieży chroniącej przed ciekłymi środkami chemicznymi typu 4
  - spełniają wymagania odzieży ochronnej dla: typ 6 zapewniający ochronę przed przenikaniem rozpylonej cieczy (badanie wg normy EN 468) EN 13034:2005, typ 5 zapewniający ochronę przed cząstkami stałymi (badanie wg normy EN ISO 13982-2), typ 4 odporny na nieintensywny natrysk cieczą (badania wg normy EN 13034 + EN 468)
  - posiadają właściwości antystatyczne badane i potwierdzone wg normy prEN 1149-5:2005, prEN 1149-1:2004
- są wykonane z włókien polietylenowych wysokiej gęstości zapewniający transfer powietrza i pary wodnej celem zapewnienia komfortu podczas użytkowania – przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 maksymalnie 20s)
- są wykonane z materiału o wadze powierzchniowej poniżej 45g/m<sup>2</sup>, który nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania
  - ,mają odporność na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 10N
  - mają wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N

.....  
Data i podpis Wykonawcy

## Część 5 – Worki do osłony leków światłoczułych w workach oraz strzykawkach do Pracowni Cytostatyków

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1.	<p>Worek- osłona światłoczuła na preparaty o pojemności 500 ml-1000ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oslona do worków z lekami cytostatycznymi, światłoczułymi w postaci worka z wycięciami na górnej części ułatwiającej zawieszenie. Worek musi zapewnić osłonę leku światłoczułego o pojemności 500 ml – 1000ml, wymiary ok 20cm x 30-35cm*</li> </ul>	Szt.	1000					
2.	<p>Worek- osłona światłoczuła na preparaty o pojemności 100 ml-250ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oslona do worków z lekami cytostatycznymi, światłoczułymi w postaci worka z wycięciami na górnej części ułatwiającej zawieszenie. Worek musi zapewnić osłonę leku światłoczułego o pojemności 100 ml – 250ml, wymiary ok 12cm x 21 cm*</li> </ul>	Szt.	5000					
3.	<p>Worek- osłona światłoczuła na preparaty o pojemności 20 ml-60ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oslona do strzykawek z lekami cytostatycznymi, światłoczułymi w postaci worka. Worek musi zapewnić osłonę leku światłoczułego o pojemności 20 ml – 60ml, wymiary ok 10cm x 30cm*</li> </ul>	Szt.	5000					
<b>RAZEM</b>								

\* Wymagane próbki produktu w celu weryfikacji zgodności z opisem zamówienia.

.....  
Data i podpis Wykonawcy