

Część 1 – Bevacizumab

Nazwa towaru	j.m	Ilość	Nazwa, dawka, postać, równoważnika oferowanego przez Wykonawcę	j.m. równoważnika	Ilość równoważnika	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Bevacizumab roztwór do wstrzyknięć, jednorazowe podanie do ciała szklistego 100 mg/4 ml	amp	50							
						RAZEM			

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 2 - Proteza samorozprężalna

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1.	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych w wersji częściowo pokrytej silikonem i niepokrytej, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężnego stentu ze wskaźnikiem punktu „ bez możliwości powrotu”. Dobrze widoczne znaczniki wykonane z tantalu, w zestawie o dł. 180 cm i śr. 9,0 FR (pokrytej) i 8,0 FR (niepokrytej). Możliwość pracy z przewodnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Długość protezy (40mm; 60mm; 80mm ;100 mm) i średnica według potrzeb Zamawiającego	Szt	30					
RAZEM								

.....
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby

Część 3- Elektrody do neuromonitoringu

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1.	Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg (śr. 0,6mm, przewód 1m), - wtyczka touchproof 1,5mm - komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała) - produkt sterylny jednorazowy - opakowanie zbiorcze 5 sterylnych kompletów po 6 elektrod (30 sztuk zbiorczo).	Op.	10					
2.	SDN para elektrod jednorazowych z trójkątnym uchwytem, czerwono-czarna 20 mm, długość przewodu 1,5 m, z 1,5 mm złączem żeńskim, 1 op= 10 par	Op.	10					
3.	Elektroda referencyjna igłowa. – długość igły 20mm, długość przewodu 1,2m - wtyczka touchproof 1,5mm - produkt jednorazowy, sterylny - opakowanie zbiorcze 10 szt.(1 op.= 10 szt.)	Op.	10					
4.	SDN- para elektrod do monitorowania nerwu trójdzielnego 20 mm, kabel 1,2 mm	Op.	5					
5.	Elektroda stymulująca w formie ssaka	Szt.	10					
RAZEM								

.....
Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej