



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiału szewnego”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 2 pkt 1 ustawy, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 23.07.2020 r., do godz. 09:30
- Otwarcie ofert odbędzie dnia 23.07.2020 r., o godz. 10:30

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.wss5.pl

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Dot. Części 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot. Części 1 poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot. Części 1 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej mocnej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot. Części 1 poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli igłę wzmocnioną czy podwójnie wzmocnioną?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że miał na myśli pozycję podwójnie wzmocnioną





Pytanie nr 4

Dot. Części 1 poz. 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 76mm i nitką 90cm lub 150cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Dot. Części 1 poz. 21,22,24

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Dot. Części 1 poz. 25

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 30cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Dot. Części 2

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici bez środka antybakteryjnego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dot. Części 2 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 65mm lub 76mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dot. Części 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dot. Części 3 poz. 1,3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 11

Dot. Części 4 poz. 4,8

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici o długości 75cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Sp. Łojasiewicz - prau
ADWIKT
Sylwia Gil-Sul





ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1
Dot. części 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym zadaniu szwów wchłaniających się w okresie od 40 do 45 dnia od zaimplantowania zamiast wymaganych: do 42 dnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2
Dot. części 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym zadaniu nici o czasie podtrzymywania tkankowego do 6 tygodni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3
Dot. części 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu szwów o czasie podtrzymywania tkanek do 21 dni zamiast wymaganych 28 dni, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1

Dotyczy Części Nr 1, poz. 1,3,21,22,24 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Dotyczy Części Nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 70cm?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

Dotyczy Części Nr 1, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 63mm?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę

M.



Pytanie nr 12

Dot. Części 5 poz. 3,4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Dot. Części 6 poz. 6,8

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku części nr 6 dopuszcza ,a w przypadku poz 8 dopuszcza z mikroostrzem

Pytanie nr 14

Dot. Części 6 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nici z igłą odwrotnie tnącą z mikroostrzem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dot. Części 7

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, niewchłaniające, poliestrowe, plecione, powlekane silikonem?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dot. Części 10

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy bez katalogowego określenia „z kontrolowanym rozciąganiem”?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Dot. Części 10 poz.12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 18

Dot. Części 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Dot. Części 11 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Pytanie nr 20

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Sp. Familio - pawe
13.01.20
ADV
Sylvia Gut



VIII EDYCJA



XX EDYCJA



XIII EDYCJA



2013



DEKRA



DEKRA



CERTYFIKAT JAKOŚCI



Pytanie nr 4

Dotyczy Części Nr 1, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 100cm?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

Dotyczy Części Nr 1, poz. 14,15,17,18,20-22– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Dotyczy Części Nr 1, poz. 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Dotyczy Części Nr 1, poz. 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 5,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Dotyczy Części Nr 3, poz. 1 i 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9

Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § projektu umowy ust. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Wzór umowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

h.

*Sp. Komercyjny
24.01.20
ADWOKAT
Sygnatura*



Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pod pojęciem "nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia, syntetyczna, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania, z udokumentowanym efektywnym czasem podtrzymywania tkanek do 35 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie / łamanie" rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, o udokumentowanym w instrukcji obsługi okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie czy szew chirurgiczny, wchłaniający, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru: 90% glikolidu i 10% L- laktynu, powlekanego: 50% kopolimer glikolidu i L-laktynu Poli (glikolid i L- laktyn 35/65) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 50-40% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25 % - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 dni ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania



Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1, 3, 21, 22 dopuści również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 oraz 11 dopuści również długość nici 75cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8 pod pojęciem „igła wzmocniona” rozumie i będzie wymagał igłę wzmocnioną wykonaną ze stopu typu ethalloy zapewniającą o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 25 dopuści również długość nici 30cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pod pojęciem „nić wchłaniana, pleciona, powlekana, syntetyczna, wchłaniająca się do 42 dni od zaimplantowania, czas podtrzymywania tkanek do 14 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach - minimum 0%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 dopuści również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry zgodnie z



SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3 dopuści również igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniający wykonany z polidoksanonu, z nieścieralnym powłoczeniem, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182 - 238 dni, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 1 pod pojęciem „igła gruba” dopuści również igłę wzmocnioną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 2 dopuści również grubość nici 2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 4 dopuści i będzie wymagał również igłę 1/2 koła okrągłą rozwarstwiającą, 20mm, grubość nici 3/0, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 5 dopuści również igłę prostą okrągłą, 48mm, grubość nici 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 6 dopuści również igłę prostą odwrotnie tnącą, 60mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

*Przebieg
10.02.20*





Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 7 dopuści również igłę 3/8 koła konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłaniający wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem, okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni, okres wchłaniania 90 - 120 dni, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 pod pojęciem igły okrągłej z tnącym czubkiem rozumie i będzie wymagał igłę okrągło–tnącą w której część tnąca stanowi końcówkę igły a następnie rozszerza się w stożek w celu przejścia w okrągły przekrój wykonaną ze stopu Ethalloy, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, niewchłaniający, wykonany z polimeru polamidu 6/6, powlekany woskiem, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie czy szew syntetyczny, pleciony, niewchłaniający, wykonany z polimeru Poliamidu 6.6, powlekanego silikonem?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pod pojęciem „Nić niewchłaniająca, pleciona, powlekana, syntetyczna, poliestrowa. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, wykonany z włókien poliestrowych, rdzeń otoczony jest kilkoma spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 1 dopuści również igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 1 dopuści również igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 1-3 oraz 10-12 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 4-9 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, niewchłaniający, monofilamentowy, wykonany z polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 9 poprzez igłę okrągłą z mikroostrzem do naczyń miazdżycowych rozumie igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 10 pozycję 12, pozwoli to na przystąpienie do ww. pakietu większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie oferty korzystniejszej cenowo. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 pozycja 12 igłę 13mm, 1/4 koła, długość nici 20cm, grubość 10/0, szew w kolorze niebieskim

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

Część nr 3, pozycja 1 i 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrótnie tnącej?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że dopuszcza

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica

sp. i farmacja p.nie
15.02.20
ADWIKAT
[Signature]
Sybilina Glin Gut

