



76/PNE/SW/2019

Sosnowiec, 22.11.2019r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zestaw do aterektomii obwodowych naczyń krwionośnych; jednorazowy sprzęt do zabiegów endowaskularnych – kateter do angioplastyki naczyń obwodowych”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 2018r., poz. 1986 ze zm), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 2 i zaferowanie cewnika a następujących parametrach: Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': Dostępne średnice: 4-6mm w długościach od 40-150 mm na systemie do wprowadzania 75,100,130 cm kompatybilne z koszulką 5F oraz średnice 7 mm o długościach 40-60mm na systemie do wprowadzania 75,100 cm. Średnice 8-12mm w długościach 40-60mm na systemie do wprowadzania 75 i 100 cm kompatybilne z koszulkami 7-10F. Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm, 150 mm dla każdej średnic,. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm².

Oraz

Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,014': Dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5;4 w długościach od 40-150 mm na systemie do wprowadzania 150 cm kompatybilne z koszulką 6F. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm²

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 2 następujących parametrów: Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa końcówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Cegińska

