



50/PNP/SW/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Uchwyt do kości czaszki z zestawem do mocowania do stołu operacyjnego – 1 szt.

	Parametr	
1	Uchwyt bazowy, do mocowania do stołu operacyjnego: materiał odlew aluminiowy, 1 szt. Ilość punktów mocowania w stole operacyjnym: 2 Klucz do blokowania ; 1 szt Wzmocnienie gwintu mocowania łącznika obrotowego: gwint stalowy wzmocniony Minimalny rozstaw szyn do stołu operacyjnego: 245 mm Szerokość do 540 mm	
2	Łącznik obrotowy do uchwytu bazowego: materiał odlew aluminiowy, 1 szt. Długość śruby (stal nierdzewna) mocującej ramię uchwytu bazowego ;do 100 mm Długość; do 170 mm Długość śruby (stal nierdzewna) mocującej klamrę czaszkową do 80 mm	
3	Uchwyt kości czaszki: materiał odlew aluminiowy, 1 szt. Ilość punktów mocowania głowy: 3 punktową fiksacją głowy Ilość małych łączników do mocowania uchwytu do ramki nawigacyjnej w szynie bocznej: 2 Zakres nastawianej siły docisku : 90-360 N (20-80 lbs) Ilość dużych, ząbkowanych, wzmocnionych stalowym gwintem mocowań z łącznikiem obrotowym: 2 Rozstaw między pinami ostrymi 80-220 mm	
4	Komplet pinów ze stali nierdzewnej, wielorazowych dla dorosłych, 1 komplet -3szt., 3 komplety Możliwość rozbudowy systemu o inne elementy np. podpórkę podkowiastą pod głowę, adapter do pozycji siedzącej, system retraktorów montowanych do ramion łukowatych lub bezpośrednio do ramion uchwytu kości czaszki Sprzęt zastępczy na czas naprawy	

.....
data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

