

Część 1– Szczotki do mycia endoskopów

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość Netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent
1	Szczotki do mycia kanału roboczego endoskopów giętkich. Średnica cewnika 1,7 mm, dł. 2500 mm. Włosie z dwóch stron, z jednej średnica włosa 10 mm o dł. 30 mm, a z drugiej średnica włosa 5 mm o dł. 20 mm. Średnica cewnika 1,7 mm.	Szt.	700					
				Razem:				

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 2 – Cewnik do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość Netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Cewnik do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w technologii HD o parametrach: - częstotliwość 60 MHz/40 MHz na jednym cewniku - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (μ sec) - 0,034 - rozdzielczość osiowa (μ m) - 40 μ m - rozdzielczość poprzeczna (μ m) - 90 μ m - penetracja tkanek miękkich (mm) > 2,5 mm - 5 prędkości rejestracji - (0,5; 1; 2,5; 5; 10 mm/s) - maksymalna długość pullback 120 mm	szt	15						3
				Razem:					

.....
*Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej*