



Nr sprawy: 27/PNP/SW/2020

Sosnowiec, 25.03.2020r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli do oznaczenia prokalcytoniny na dzierżawionym przez Szpital analizatorze Architect Plus”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w ciągu roku była możliwość zaoferowania odczynnika o dwóch różnych nr lotu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość jednak nie więcej niż dwa nr lotu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Cegłowska

Lech

