



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kateteru do angioplastyki naczyń obwodowych wysokociśnieniowych; rurki intubacyjnej nosowej”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania

Zestaw 1

Pytanie 1

Pakiet 2. Prosimy o dopuszczenie:

Rurka intubacyjna nosowa Polarna – północna sterylna, jednorazowego użytku do zabiegów w chirurgii szczękowej, wygięta do góry, wykonana z miękkiego tworzywa IVORY odpornego na załamania, o łagodnych krawędziach wewnętrznych, z otworem Murphyeego i mankietem niskociśnieniowym o standardowo niskiej przenikalności dla podtlenu azotu. Na rurce: centymetrowe znaczniki właściwego położenia rurki, oznaczenie poziomu strun głosowych, znacznik RTG widoczny na całej długości, rozmiar i nazwa producenta. Balonik kontrolny z zaworem jednokierunkowym, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki. Rurki w rozmiarach 6,0 i 6,5; rozmiary do uzgodnienia na etapie zamawiania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zestaw 2

Pytanie 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie do SIWZ: czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów: Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm i 120 cm, ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 20-30 atm. Koszulka 6-8F. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 i 10 cm (w zależności od średnicy). system wprowadzania 50 cm, 75 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40 atm. Koszulka 6-8F.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż godnie z SIWZ.



Zestaw 3

Pytanie 1

Czy w **Części 2** Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną nosową Polarną północną – bez otworu Murphyeego; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe



Zestaw 3

Pytanie 1

Czy w **Części 2** Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną nosową Polarną północną – bez otworu Murphyego; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Ceglowska

