

**Część 1 - Kateter do angioplastyki naczyń obwodowych wysokociśnieniowych**

Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, standardowy do PTA naczyń prostych, krętych - kompatybilny z przewodnikiem 0,035” - długość balonu 4 cm, 6cm - średnica: 4 mm, 5mm, 6mm, - długość cewnika balonowego 80 - 110 cm - ciśnienie rozprężania (RBP) od 16 atm do 20 atm, - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice - automatyczna końcówka	szt	20						3 szt.
<b>RAZEM</b>									

.....  
 Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej

**Część 2 – Rurka intubacyjna nosowa polarna - północna**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent
1	Rurka intubacyjna nosowa Polarna – północna sterylna, jednorazowego użytku do zabiegów w chirurgii szczękowej, wygięta do góry, wykonana z miękkiego tworzywa IVORY odpornego na załamania, o łagodnych krawędziach wewnętrznych, z otworem Murphyego i mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. Na rurce: centymetrowe znaczniki właściwego położenia rurki, oznaczenie poziomu strun głosowych, znacznik RTG widoczny na całej długości, rozmiar i nazwa producenta. Balonik kontrolny z zaworem jednokierunkowym, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta. Rurki w rozmiarach 6,0 i 6,5; rozmiary do uzgodnienia na etapie zamawiania.	szt	432					
				<b>Razem:</b>				

.....  
 Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej